

Frequency measurement

ToDo @ ResLab

- ☐ Test new virtuel beat setup
 - ☐ without EDFA
 - ☐ with new electronic box
 - Faserlink zur PTB kompaktifizieren
 - EDFA wieder einbauen
 - Qt-Programm erneuern
- ☐ MASER: Sync vs GPS (over 1 week) and correct for deviations
 - syntezer als Shifter verwenden?
- Frequenzkamm
 - Passive Stabilität Faser von R1 zum Frequenzkamm testen
 - Neue Photodioden im Frequenzkamm nutzen?
 - Spiegel im Frequenzkamm untersuchen für mehr Leistung (Signal zu Rausch)
 - Gitterfrequenz mit Frequenzkamm während Frequenzmessung messen?
- Uhrenlaser
 - TA-Auswirkung auf uhrenlaser-linienbreite?
 - Uhrenlaser faser vom reslab zum atomlab umbauen und tauschen
 - Akustikbox zumachen
- Analyze: all error signals
 - ☐ Reprate
 - ☐ Ceo
 - ☐ Intensity lock R1
 - ☐ PDH Lock
 - ☐ TA Lock
 - ☐ Fiber stabilization
- Resonator 2 in betrieb nehmen?
- Siliziumcavity auf R1 übertragen?
- Labview Programm einpflegen

* ☒ [✓ ssauer, 2018-01-30] ~~What are the limitations of the frequency comb?~~

ToDo @ AtomLab

- ☐ AC Stark shift: Clock laser
- ☒ [✓ fim, 2017-01-24] ~~measure the clock laser waist~~
- ☒ [✓ fim, 2017-01-24] ~~focused or kollimate clock laser?~~
- ☐ AC Stark shift: Lattice Laser

- ☐ Recheck magnetic fields: Compensation Coils and Hom. Coil
- ☐ measure Zeemann
- ☐ collisions?
- ☐ shut off stabilizations: influence on the linewidth?
- ☐ Stability of the clock: Make selfcomparison and check averaging

ToDo after

- ☐ check all values

From:
<https://iqwiki.iqo.uni-hannover.de/> - IQwiki

Permanent link:
https://iqwiki.iqo.uni-hannover.de/doku.php?id=groups:mg:frequency_measurement&rev=1517387343

Last update: **2018/01/31 08:29**

