

# IGP controllers

Wie wird der Druck in Strom umgewandelt? + Manual raussuchen! + Welche Pumpe wird verwendet

Antwort: Eine Umwandlung des Drucks in Strom findet nicht statt, die IonGetterPumpe benötigt zur Inbetriebnahme des Sputerprozesses Strom, dieser wird aufgezeichnet; der Druck P(l) wird aus einem Diagramm herausgelesen/ abgeleitet (Siehe Manual IGP/ Controller)

Company: MiniVac

- Controller IGP Typ: 929-0290 Baujahr 2008
- Datasheet:  
87-900-049-01\_f\_minivac\_controller\_120-220\_users\_manual.pdf
- IGP Plus20 StarCell (keine Edelgasstabilität)/ Modellnr. 9191144
- Datasheet:  
igp\_-\_vp20n.pdf

From:

<https://iqwiki.iqo.uni-hannover.de/> - IQwiki

Permanent link:

<https://iqwiki.iqo.uni-hannover.de/doku.php?id=groups:mg:private:resonatoren:igp:start>

Last update: **2024/03/20 09:37**

