

IGP controllers

<fc #ff00ff>Wie wird der Druck in Strom umgewandelt? + Manual raussuchen! + Welche Pumpe wird verwendet</fc>

Eine Umwandlung des Drucks in Strom findet nicht statt, die IonGetterPumpe benötigt zur Inbetriebnahme des Sputerprozesses Strom, dieser wird aufgezeichnet; der Druck P(I) wird aus einem Diagramm herausgelesen/ abgeleitet (Siehe Manual IGP/ Controller)

Company: MiniVac

- Controller IGP Typ: 929-0290 Baujahr 2008
- Datasheet:
87-900-049-01_f_minivac_controller_120-220_users_manual.pdf
- IGP Plus20 StarCell (keine Edelgasstabilität)/ Modellnr. 9191144
- Datasheet:
igp_-_vp20n.pdf

From:
<https://iqwiki.iqo.uni-hannover.de/> - IQwiki

Permanent link:
<https://iqwiki.iqo.uni-hannover.de/doku.php?id=groups:mg:private:resonatoren:igp:start&rev=1548764066>

Last update: **2019/01/29 12:14**

