Birefringence measurement with spacer

Messung für Doppelbrechung mit Plan und Convex Spiegel

- Einkoppelleistung: 1 mW
- Diode gain: 20 dB

Datum	Datei	Frequenz [THz]	Abklingzeit tau (1/e)(abgelesen am Oszi) [µs]	"abgelesene" Finesse	Abklingzeit tau (1/e)(berechnet) [µs]	"berechnete" Finesse
21.09.2017	scope13	194,389437	43,21	83.582	44,95	88683
	scope2	194,431684	50	98.331	50,89	100402

Auswerung:

- Daten und Photos unter Finesse measurement with spacer

From:
https://iqwiki.iqo.uni-hannover.de/ - **IQwiki**

Permanent link:
https://iqwiki.iqo.uni-hannover.de/doku.php?id=groups:mg:project_ptb-cavity:doppelbrechung_with_spacer&rev=1508847876

Last update: **2017/10/24 12:24**